

Werkskalibrierschein Factory Calibration

Prüfling USB Temp./Humidity Data Logger
Device under Test

Modell PeakTech 5185
Model

Seriennummer 250220RHT0050301-
Serial - Number 250220RHT0050600

Datum der Kalibrierung 2025-02-22
Calibration date

Temperatur -40,0 to 4,9°C ±0,7°C
Environment Temperature 5,0 to 59,9°C ±0,3°C
60,0 to 125,0°C ±0,7°C

Luftfeuchtigkeit 0 to 19,9%RH ±4,5%RH
Humidity 20 to 79,9%RH ±3%RH
80 to 100%RH ±4,5%RH

Verwendete Kalibriergeräte
Calibration Equipment

Hersteller MICHELL
Manufacturer

Modellbezeichnung S904
Model Number

Kalibriert durch: Li Delin
Calibrated by:

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH - Gerstenstieg 4 - DE-22926 Ahrensburg /
Germany

☎ +49-(0) 4102-42343/44 📠 +49-(0) 4102-434 16

✉ info@peaktech.de 🌐 www.peaktech.de